

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź
1.	Czy do komory powinien być zaferowany odpowiedni agregat wody lodowej - czy jest wymagany w zakresie oferty komory klimatycznej?	TAK
2.	Jakie są wymiary drogi transportowej do miejsca instalacji, prosimy o podanie najmniejszych? szerokość = ? wysokość = ?	Szerokość: 2.35m Wysokość: 2.35m
3.	Czy rozładunek i transport na terenie Klienta jest po stronie dostawcy?	Informacje zawarto w Paragrafie 1, p. 4 wzoru umowy.
4.	Jakie są wymiary pomieszczenia w miejscu instalacji komory?	Zakładamy pracę komory w dwóch, połączonych pomieszczeniach: 1. Pomieszczenie o wymiarach (długość x szerokość x wysokość): 5m x 6,3m x 6m 2. Pomieszczenie o wymiarach (długość x szerokość x wysokość): 5,4m x 6,3m x 2,95m Jest to jedno pomieszczenie z "łamanym" sufitem.